

ADP.2301. 58. 2021

Kielce, dnia 15.07.2021r.

Pakiet 2

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa mebli”

W nawiązaniu do ww. postępowania zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie:
1.

dot. SWZ- rozdz. IV, pkt 4, umowa załącznik nr 3

dot. §1 ust.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu skrócenia i ustawienia montażu i ustawienia mebli.

Przedmiot zamówienia, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na korzyść dla Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz.

ODPOWIEDŹ: Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wbrew temu co wykonawca zaznaczył na wstępie, nie zwraca się o wyjaśnienie treści SWZ, a włącznie sugeruje zmianę jej treści – dotyczy każdego z punktów.

2.

dot. SWZ- rozdz. VIII pkt 2. ppkt 4)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wykazania się należytych wykonaniem dwóch dostaw każda z nich polegająca na dostawie mebli medycznych/ wyposażenia medycznego i wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ: Treść SWZ pozostaje bez zmian

3.

dot. załącznik 1 przedmiotu zamówienia

Poz. 5 - Stojak na kroplówki

Prosimy o dopuszczenie stojaka z zakresem regulacji wysokości 1320-2150 mm, na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej, parametry te niewiele odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego, a pozwolą na wystartowanie większej ilości Wykonawcom zwiększając konkurencyjność ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza stojak z zaproponowanym zakresem regulacji wysokości. Wymagany materiał wykonania bez zmian.



4.

Poz. 7 - Szafa lekarska metalowa

Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 800x435x1800 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

5.

Poz. 8 - Szafa lekarska metalowa jednodrzwiowa

Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 600x435x1800 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.