

ADP.2301. 110. 2021

Kielce, dnia 29.12.2021r.

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa aparatury naukowej”

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące parametrów technicznych sprzętu:

Część III

Pracownia Posturologii i Analizy Ruchu

Zestaw aparatury do terapii Combi do fizykoterapii:

- aparat do laseroterapii,
- magnetoterapii,
- elektroterapii,
- ultradźwięków
- oraz terapii skojarzonej: elektroterapia + ultradźwięki.

Pytanie nr 1, dotyczy:

Urządzenie do dwukanałowej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej

Strona 35, parametr nr 7:

„Programy gotowe: min.70 pozycji do elektroterapii i min 100 do laseroterapii”

Czy Zamawiający popełnił błąd w określeniu gotowych programów do laseroterapii?

Z opisu nazwy oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych oraz akcesoriów Urządzenia do dwukanałowej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej nie wynika, iż urządzenie to powinno być przeznaczone również do laseroterapii.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający poprawia i usuwa zapis „Programy gotowe; min.70 pozycji do elektroterapii i min 100 do laseroterapii”

*Barbara Kolas*