



ADP.2301. 1. 2022

Kielce, dnia 15. 02.2022r.

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa urządzeń i materiałów medycznych”

PYTANIE:

część IV - "Trenażer laparoskopowy typu skrzynka 6 szt.", opis przedmiotu zamówienia, punkt 9:

- Czy Zamawiający dopuszcza trenażer wyposażony w kamerę o pełnej ruchomości i możliwości blokady w ustalonej pozycji na stałe zamocowaną do trenażera?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

z up. REKTORA


dr hab. Dorota Koziej, prof. UJK

B. Koziej