



ADP.2301.88 2022

Kielce, dnia 10.10.2022r.

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa urządzeń medycznych”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę do kasetek histopatologicznych z czasem trwałości lasera 10 000 godzin co odpowiada 9 mln kasetek?

ODPOWIEDŹ: W części V zamawiający dopuszcza złożenie oferty na drukarkę o trwałości lasera 10 000 godzin co odpowiada wydrukowi 9 mln kasetek histopatologicznych. Oznacza to, że na stronie 47 SWZ skreśla się „trwałość lasera – min 72 mln kasetek” i w to miejsce wpisuje się „trwałość lasera – min. 10 000 godzin co odpowiada 9 mln kasetek”

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

B. Kotras