

Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia SWZ w postępowaniu pn. „Dostawa krzeseł ewakuacyjnych na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ADP.2301.12.2021

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Dział Zamówień Publicznych
tel. +4841 349 73 68
e-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl



Kielce, 25.05.2021r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), znak : ADP.2301.12.2021 na „Dostawa krzeseł ewakuacyjnych na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”

Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 21.05.2021r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania krzeselka kardiologicznego, płozowego Pro Skid-E wykonanego z aluminium lakierowanego poliestrowym proszkiem epoksydowym z regulowanym, wzmocnionym, zmywalnym i umożliwiające dezynfekcję siedzeniem. Krzeselko wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach, zawiera blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym złożeniem, posiadające teleskopowe oparcie ulepszające chwyt w czasie zjazdu.

Oparcie i podnózek wydłużają się stając się rączkami służącymi do ergonomicznego unoszenia, a jednocześnie ułatwiają operatorowi widzenie stopni i stóp podczas transportu schodami, a także wtedy gdy na jego drodze przeszkody zmuszające do uniesienia krzeselka.

Parametry techniczne:

Materiał: aluminium

Powierzchnia wykończenia: polerowana

Waga : 17 kg

Wysokość (rozłożone): 1590mm

Wysokość (złożone): 1140mm

Szerokość: 550mm

Ładowność: 150kg

2 przednie obracane koła z hamulcami : śr. 100x32mm

2 tylne koła: śr. 200x50mm

2 Pasy polipropylenowe 50mm

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający opisał wymagane parametry jakie powinno spełniać krzesło i oczekuje zaoferowania przez Wykonawców krzesła które spełni wszystkie wymogi zawarte w SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia, nie wpływają na zmianę terminu składania i otwarcia ofert.