



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Collegium Medicum UJK w Kielcach”

Nr postępowania: **ADP.2301.72.2021**

Kielce, dnia 18.08.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ nr 1

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi do niniejszego postępowania:

PYTANIE 1: dotyczy części II – dostawa termobloku

Czy Zamawiający dopuści produkt o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach, *Pokrywa z automatyczną regulacją dociskania próbówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml, 0,5 ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji* - bez bloku o pojemności 0,5ml?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia bloku o pojemności 0,5ml.